

胃検診介助マニュアル

検査前

①車内の清掃

(1)床 (2)テーブル (3)壁 (4)スリッパ 4人分
 バリウム作成用ボトル 3本、発泡剤用水差し 1本 用意
 雑巾(床用、テーブル用、各一枚づつ)

②バリウム作成

ネオバルゲンEHD 220 w/v%

ネオバルゲンEHD	添加水量	全量	120ml	130ml	140ml	150ml
1 kg	220 cc	450 ml	3人分	3人分	3人分	3人分
2 kg	440 cc	900 ml	7人分	6人分	6人分	6人分
3 kg	660 cc	1,350 ml	11人分	10人分	9人分	9人分
4 kg	880 cc	1,800 ml	15人分	13人分	12人分	12人分
5 kg	1,100 cc	2,250 ml	18人分	17人分	16人分	15人分
6 kg	1,320 cc	2,700 ml	22人分	20人分	19人分	18人分
7 kg	1,540 cc	3,150 ml	26人分	24人分	22人分	21人分
8 kg	1,760 cc	3,600 ml	30人分	27人分	25人分	24人分

バリトゲンHD 200 w/v%

バリトゲンHD	添加水量	全量	120ml	130ml	140ml	150ml
1 kg	275 cc	495 ml	4人分	3人分	3人分	3人分
2 kg	550 cc	990 ml	8人分	7人分	7人分	6人分
3 kg	825 cc	1,485 ml	12人分	11人分	10人分	9人分
4 kg	1,100 cc	1,980 ml	16人分	15人分	14人分	13人分
5 kg	1,375 cc	2,475 ml	20人分	19人分	17人分	16人分
6 kg	1,650 cc	2,970 ml	24人分	22人分	21人分	19人分
7 kg	1,925 cc	3,465 ml	28人分	26人分	24人分	23人分
8 kg	2,200 cc	3,960 ml	33人分	30人分	28人分	26人分

③バリウムの作り方

- (1)水を必要量ミキサーに入れる
- (2)強めに回しながらバリウムを入れる
- (3)きれいに攪拌出来たら回転を最小にする(気泡を出さないため)

④検査準備品

- ・発泡剤(5g) 人数分
- ・コップ(大) 人数分
- ・下剤
- ・ゴミ袋
- ・ティッシュ
- ・ガウン 5～6枚
- ・胃部X線表示
- ・スノコ スリッパ(4人分)
- ・ナンバーリング
- ・筆記用具
- ・照射録名簿(開始No. 確認)

⑤検査前受診者への確認事項

- (1)ネックレス、ブラジャー、ボタン、金具、コルセット等すべて取り外しの有無
- (2)前夜からの飲食の有無
- (3)胃・十二指腸の手術の有無

⑥発泡剤の投与

- (1)発泡剤はすぐに溶けるので出来るだけ喉の奥に入れて、20mlの水でイッキに飲んでもらう。

⑦バリウムの投与

- (1)手術後の人は、コップを渡して撮影室で飲んでもらう。
(バリウムが十二指腸に流れてしまうため)
- (2)ティッシュを口元に当てて衣類に垂らさないように飲んでもらう。
- (3)タイミングは、発泡剤を飲んで10～20秒後に飲み始める。
- (4)飲み終わったら、検査終了までゲップを我慢してもらう。

⑧検査終了後

- (1)ゲップを出して楽にしてもらう。
- (2)直ちに着替えをして頂き、ウェットティッシュで口のまわりを拭いて頂く
- (4)検査後の通知と下剤を渡す。

通常	2錠(1回分)
便秘ぎみ	4錠(2回分)

*不安な場合2回分投与し2回目服用時は、4～5時間、間をあける。
服用の際は、コップ2杯以上の水で飲んでもらう。
便秘の場合は1リットル位目標をたてて飲んでもらう。
お酒は控えてもらう。

注意

*受診者にとって胃検診は一番不安な検査なので常に受診者の気持ちを和らげる努力が必要です。
常に笑顔で言葉遣いは丁寧に対応してください。